

PARECER TÉCNICO

Edital: Processo Análogo a Licitação 001/2026
CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1321002755/2025 / SES
Objeto: Aquisição de Sistema de Video endoscopia Digestiva
Fornecedor: Fujitech Equipamentos Médicos Ltda
Marca do Equipamento Principal: Fujifilm
Valor Global da Proposta (com desconto): R\$ 430.000,00

1. OBJETO DA ANÁLISE

Trata-se de proposta para aquisição de sistema completo de endoscopia digestiva composto por processadora ELUXEO Lite 6000, videogastrosκόpio EG-720R, videocolonosκόpio EC-720R/L, monitor LCD 24", carrinho hospitalar, nobreak, tanque de água e testador de vazamento.

O sistema apresenta processamento Full HD (1080p), tecnologias de cromoscopia virtual (LCI, BLI, FICE), Close Focus, canal terapêutico adequado (2.8mm e 3.8mm), iluminação LED de longa durabilidade e compatibilidade DICOM.

A tecnologia ofertada é atual e compatível com os padrões modernos de diagnóstico e terapêutica endoscópica.

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA


O Sistema de Endoscopia Eluxeo Lite é destinado à realização de exames endoscópicos diagnósticos e terapêuticos, proporcionando imagens de alta definição, maior precisão diagnóstica e melhor visualização de estruturas mucosas.

A tecnologia embarcada no equipamento permite:

- Melhor qualidade de imagem e definição;
- Maior segurança durante os procedimentos;
- Redução de falhas diagnósticas;
- Maior eficiência operacional do serviço;
- Atualização tecnológica do parque de equipamentos da unidade.

A aquisição do referido sistema contribuirá significativamente para:

- Ampliação da oferta de exames;
- Redução de encaminhamentos externos;
- Diminuição do tempo de espera dos pacientes;
- Melhoria da resolutividade assistencial;
- Atendimento às exigências técnicas e sanitárias vigentes.



3. ADEQUAÇÃO AO RECURSO DE CONVÊNIO


Considerando que a aquisição será realizada por meio de recurso de convênio, verifica-se que:

- O equipamento está alinhado ao objeto pactuado;
- Atende às metas assistenciais estabelecidas;
- Representa investimento estratégico para qualificação da assistência;
- Está compatível com as diretrizes de modernização tecnológica dos serviços de saúde.

4. CONCLUSÃO

Diante da análise técnica realizada, considerando a necessidade assistencial, os benefícios operacionais e a adequação ao recurso de convênio, manifesto parecer FAVORÁVEL à aquisição do Sistema de Endoscopia Eluxeo Lite da Fujifilm, por entender que o investimento é tecnicamente justificado, oportuno e de relevante interesse para a qualificação dos serviços prestados.

Governador Valadares, 24 de fevereiro de 2026.



João da Mata Maya Neto
Médico Coordenador do Serviço de Endoscopia
CRM-MG- 62447